

**O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ**

dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:
na dostawę materiałów dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania, które wpłynęły na zapisy SIWZ.

1. Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści koperty z nadrukiem do dokumentowania procesów sterylizacji, liczba cykli do zaprotokołowania na jednej kopercie – 15 (7 na pierwszej i 8 na drugiej stronie koperty).

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

2. Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści koperty z nadrukiem do dokumentowania procesów mycia i dezynfekcji, liczba cykli do zaprotokołowania na jednej kopercie – 17 (8 na pierwszej i 9 na drugiej stronie koperty).

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

3. Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści etykiety kompatybilne z metkownicą typu Bitz o sześciu polach informacyjnych kolejno: 1 rząd: data procesu, numer sterylizatora, 2 rząd: data ważności, numer cyklu, 3 rząd: nr operatora, kod procesu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

4. Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr 4-10: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wymienionych pozycji do oddzielnego Pakietu. Asortyment wydzielonych pozycji należy wyposażenia uzupełniającego, zatem nie związany jest on funkcjonalnie z pozostałymi pozycjami. Podział pakietu pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty i zapewni udział w Pakiecie innym oferentom.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

5. Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr 11-13: Czy Zamawiający dopuści przedstawienie dokumentu wydanego przez producenta potwierdzającego typ testów oraz zgodność testów z aktualnie obowiązującymi normami w miejsce potwierdzenia wydanego przez jednostkę akredytowaną? **Testy** nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. nr 107, poz. 679/2010), na podstawie której tylko wyroby medyczne są objęte wymogiem certyfikacji przez jednostkę akredytowaną.

Odpowiedź:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr 18: Czy Zamawiający dopuści testy kontroli zgrzewu w postaci arkusza z naniesioną substancją w kolorze czarnym do umieszczenia w dowolnym opakowaniu papierowo-foliowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

7. Dotyczy wzoru umowy § 5, ust.2: Uprzejmie prosimy o obniżenie przewidzianej kary umownej do 0,2% wartości brutto dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

8. Dotyczy wzoru umowy § 5, ust.3 i 4: Uprzejmie prosimy o obniżenie przewidzianych kar umownych do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

9. Pakiet 1: Wymagany asortyment nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.20110 r. o wyrobach medycznych. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie?

Odpowiedź:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

10. Pakiet 1 pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści włosie o długości 50mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

11. Pakiet 1 pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści włosie o długości 100mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

12. Pakiet 1 pozycja 10: Czy należy wycenić 6 sztuk rękawic czy 6 par?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga 6 par rękawic.

13. Pakiet 1 pozycja 17: Czy Zamawiający dopuści ampułkowe wskaźniki biologiczne z wiarygodnym odczytem po 24 godzinach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

14. Pakiet 1 pozycja 19: Czy w miejsce markera zielonego Zamawiający dopuści marker w kolorze niebieskim?


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

15. Czy Zamawiający zechce zmniejszyć wysokość kar umownych w §5 ust. 2 wzoru umowy na 0,2% wartości brutto towarów niedostarczonych w terminie za każdy dzień opóźnienia w dostawie? Uzasadnione jest, aby kara umowna za zwłokę w dostawie była naliczana od wartości towaru niedostarczonego w terminie, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru niedostarczonego w terminie, a nawet mogłaby znacznie przewyższać tę wartość. Taka kara mogłaby być uznana za rażąco wygórowaną.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Witolda Orłowskiego ZMKP

Ewa Dumala

